



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tụ, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: elscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Nguyễn Công Lương - SN 760 - Hà Huy Tập - Tp Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0901240001
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 09/01/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 09/01/2024 - 19/01/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	0	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,34	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,98	-	6,0 - 8,5	TCVN 6492-2011
5	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Đo máy DR 300
6	Clo tự do*	0,41	mg/l	0,2 - 1,0	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	TCVN 6187-1:2019

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P. GIÁM ĐỐC
Vice president

Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 22 tháng/month 01 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology


Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Web: cdchatinh@gmail.com

TCVN ISO/IEC
17025:2017

Email: clscdc.ht@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Đậu Thị Mai Hạnh – SN 19 – Hoàng Xuân Hãn – Tp Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0901240002
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 09/01/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 09/01/2024 – 19/01/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,16	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,92	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Đo máy DR 300
6	Clo tự do*	0,3	mg/l	0,2 -1,0	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P. GIÁM ĐỐC
Vice president
Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 22 tháng/month 01 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
- Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
- *** Chỉ tiêu không được công nhận/*** Not accredited criteria.
- **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/**** Tests performed by subcontractors



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG

Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web:cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Trịnh Văn An - SN 40 - Ngõ Đức Kế - Tp Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0901240003
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 09/01/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 09/01/2024 – 19/01/2024
- Kết quả/ Result

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	0	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,42	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,9	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Đo máy DR 300
6	Clo tự do*	0,34	mg/l	0,2 -1,0	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1: 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P. GIÁM ĐỐC
Vice president

Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 22 tháng/month 01 năm/year 2024
TRƯỜNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG

Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web:cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà ông Nguyễn Hồng Cam – SN 156 – Nguyễn Huy Tự - Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0901240004
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 09/01/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 09/01/2024 – 19/01/2024
- Kết quả/ Result :

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	0	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,21	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	7,01	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Đo máy DR 300
6	Clo tự do*	0,47	mg/l	0,2 -1,0	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 22 tháng/month 01 năm/year 2024

TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. ** Chỉ tiêu không được công nhận/ ** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TĨNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG

Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Web:cdchatinh@gmail.com

Email: clscdc.ht@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà ông Nguyễn Văn Trung – SN 67, Quang Trung -Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 1902240026
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 19/02/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 19/02/2024 - 21/02/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	15	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	1,01	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	7,02	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,3	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
QCVN 01-1 : 2018/BYT

*** KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC

Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 22 tháng/month 02 năm/year 2024

TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG

Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Web:cdchatinh@gmail.com

Email: clscdc.ht@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà ông Trần Hậu Quý, Số nhà 36 – Ngõ 2 – Đường Mai Thúc Loan - Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 1902240027
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 19/02/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 19/02/2024 - 21/02/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,71	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	7,1	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,31	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
QCVN 01-1 : 2018/BYT

*** KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 22 tháng/month 02 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. *** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ *** Tests performed by subcontractors



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Web:cdchatinh@gmail.com

Email: clscdc.ht@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample:** Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer:** Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà ông Lê Văn Quang, Số nhà 16, Ngõ 20 - Đường Nguyễn Xi - Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount:** 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description:** Đạt
- Mã mẫu /Sample code:** 1902240028
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date:** 19/02/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date:** 19/02/2024 - 21/02/2024
- Kết quả/ Result:**

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	20	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,67	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	7,3	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,32	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
QCVN 01-1 : 2018/BYT

*** KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 22 tháng/month 02 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. *** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ *** Tests performed by subcontractors



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web:cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà ông Phan Văn Minh, Số nhà 08 - Đường Nguyễn Xuân Linh - Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 1902240029
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 19/02/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 19/02/2024 - 21/02/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	15	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,62	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	7,2	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,3	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
QCVN 01-1 : 2018/BYT

*** KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 22 tháng/month 02 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Nguyễn Trí Cường – Số nhà 20- Ngách 45/41 Hàm Nghi – Tp Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0803240040
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 08/3/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 08/3/2024- 12/3/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Độ cứng	8	mg/l	300	SMEWW 2340C:2017
2	Chloride (Cl-)*	4,1	mg/l	250	TQKT Viện SKNN
3	Sắt	≤ 0,01	mg/l	0,3	TCVN 6177:1996
4	Nitrit*	0,009	mg/l	0,05	Đo máy palintest 7500
5	Nitrat*	0,33	mg/l	2	Đo máy palintest 7500
6	Sunfat*	0	mg/l	250	Đo máy palintest 7500
7	Mangan*	0,000	mg/l	0,1	Đo máy palintest 7500
8	Chỉ số Pecmanganat	0,32	mg/l	2	TCVN 6186:1996
9	Amoni*	KPH	mg/l	0,3	Đo máy palintest 7500
10	Fluor*	0,7	mg/l	1,5	Đo máy palintest 7500

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P. GIÁM ĐỐC
Vice president
Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 18 tháng/month 3 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/*** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/**** Tests performed by subcontractors
BM-QT-15.01



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG

Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Dương Kim Tuấn- Số nhà 02- Ngõ %- Võ Liêm Sơn – Tp Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0803240041
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 08/3/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 08/3/2024- 12/3/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Độ cứng	10	mg/l	300	SMEWW 2340C:2017
2	Chloride (Cl-)*	4,6	mg/l	250	TQKT Viện SKNN
3	Sắt	≤0,01	mg/l	0,3	TCVN 6177:1996
4	Nitrit*	0,033	mg/l	0,05	Đo máy palintest 7500
5	Nitrat*	0,25	mg/l	2	Đo máy palintest 7500
6	Sunfat*	0	mg/l	250	Đo máy palintest 7500
7	Mangan*	0,005	mg/l	0,1	Đo máy palintest 7500
8	Chỉ số Pecmanganat	0,384	mg/l	2	TCVN 6186:1996
9	Amoni*	KPH	mg/l	0,3	Đo máy palintest 7500
10	Fluor*	1,03	mg/l	1,5	Đo máy palintest 7500

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 18 tháng/month 3 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
- Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
- *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
- *** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ *** Tests performed by subcontractors

BM-QT-15.01

Ban hành lần 01



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Lê Văn Dũng- số nhà 03- Đường Lê Khôi - Tp Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0803240042
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 08/3/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 08/3/2024- 12/3/2024
- Kết quả/ Result

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Độ cứng	6	mg/l	300	SMEWW 2340C:2017
2	Chloride (Cl-)*	4,3	mg/l	250	TQKT Viện SKNN
3	Sắt	≤0,01	mg/l	0,3	TCVN 6177:1996
4	Nitrit*	0,066	mg/l	0,05	Đo máy palintest 7500
5	Nitrat*	0,15	mg/l	2	Đo máy palintest 7500
6	Sunfat*	0	mg/l	250	Đo máy palintest 7500
7	Mangan*	0,011	mg/l	0,1	Đo máy palintest 7500
8	Chỉ số Pecmanganat	0.448	mg/l	2	TCVN 6186:1996
9	Amoni*	KPH	mg/l	0,3	Đo máy palintest 7500
10	Fluor*	0,73	mg/l	1,5	Đo máy palintest 7500

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P. GIÁM ĐỐC
Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 18 tháng/month 3 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TĨNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Anh Ngụ- Số nhà 18A- Nguyễn Thiếp - Tp Hà Tĩnh- Tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0803240043
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 08/3/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 08/3/2024- 12/3/2024
- Kết quả/ Result :

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Độ cứng	6	mg/l	300	SMEWW 2340C:2017
2	Chloride (Cl-)*	4,9	mg/l	250	TQKT Viện SKNN
3	Sắt	≤0,01	mg/l	0,3	TCVN 6177:1996
4	Nitrit*	0,015	mg/l	0,05	Đo máy palintest 7500
5	Nitrat*	0,33	mg/l	2	Đo máy palintest 7500
6	Sunfat*	0	mg/l	250	Đo máy palintest 7500
7	Mangan*	0,512	mg/l	0,1	Đo máy palintest 7500
8	Chỉ số Pecmanganat	1,15	mg/l	2	TCVN 6186:1996
9	Amoni*	KPH	mg/l	0,3	Đo máy palintest 7500
10	Fluor*	0,83	mg/l	1,5	Đo máy palintest 7500

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện



P. GIÁM ĐỐC
Vice president

Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 18 tháng/month 3 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
- Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
- *** Chỉ tiêu không được công nhận/*** Not accredited criteria.
- **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/**** Tests performed by subcontractors

BM-QT-15.01

Bản hành lần 01



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Nguyễn Trí Cường – Số nhà 20- Ngách 45/41 Hàm Nghi – Tp Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0803240040
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 08/3/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 08/3/2024- 12/3/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	20	TCU	15	TCVN 6185: 2015
3	Độ đục	0,21	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	7,14	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
6	Clo tự do*	0,31	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 18 tháng/month 3 năm/year 2024

TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. *** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ *** Tests performed by subcontractors



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Web: cdchatinh@gmail.com

TCVN ISO/IEC
17025:2017

Email: clscdc.ht@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Dương Kim Tuấn- Số nhà 02- Ngõ %- Võ Liêm Sơn – Tp Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0803240041
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 08/3/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 08/3/2024- 12/3/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	TCVN 6185: 2015
3	Độ đục	0,32	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	7,2	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
6	Clo tự do*	0,32	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P. GIÁM ĐỐC
Vice president

Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 18 tháng/month 3 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
- Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
- *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
- **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TĨNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Lê Văn Dũng- số nhà 03- Đường Lê Khôi - Tp Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0803240042
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 08/3/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 08/3/2024- 12/3/2024
- Kết quả/ Result

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	15	TCU	15	TCVN 6185: 2015
3	Độ đục	0,18	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,8	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
6	Clo tự do*	0,34	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P. GIÁM ĐỐC
Vice president

Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 18 tháng/month 3 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology


Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors
BM-QT-15.01



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Anh Ngụ- Số nhà 18A- Nguyễn Thiếp - Tp Hà Tĩnh- Tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0803240043
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 08/3/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 08/3/2024- 12/3/2024
- Kết quả/ Result :

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	15	TCU	15	TCVN 6185: 2015
3	Độ đục	0,25	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	7,1	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Arsenic*	KPH	mg/l	.0,01	Test nhanh
6	Clo tự do*	0,33	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



* Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 18 tháng/month 3 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
- Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
- ** Chỉ tiêu không được công nhận/ ** Not accredited criteria.
- **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TĨNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web:cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample:** Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer:** Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Bùi Vũ Quang Số nhà 47, ngõ 141 Nguyễn Xi - Tp Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount:** 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description:** Đạt
- Mã mẫu /Sample code:** 0904240067
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date:** 09/4/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date:** 09/4/2024 - 12/4/2024
- Kết quả/ Result:**

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	TCVN 6185: 2015
3	Độ đục	0,21	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	7,03	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
6	Clo tự do*	0,36	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P. GIÁM ĐỐC
Vice president

Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 19 tháng/month 4 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology


Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. ** Chỉ tiêu không được công nhận/ ** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample:** Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer:** Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Trương Thị Vân
Số nhà 482 Hà Huy Tập - Tp Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount:** 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description:** Đạt
- Mã mẫu /Sample code:** 0904240068
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date:** 09/4/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date:** 09/4/2024 - 12/4/2024
- Kết quả/ Result:**

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	TCVN 6185: 2015
3	Độ đục	0,33	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	7,01	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
6	Clo tự do*	0,31	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
7	<i>E.coli</i>	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	<i>Coliforms</i>	KPH	CFU/100ml	<3	


Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P. GIÁM ĐỐC
Vice president

Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 19 tháng/month 4 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology


Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/*** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/**** Tests performed by subcontractors



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TĨNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

TCVN ISO/IEC
17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Chu Ngọc Hiệp Số nhà 03 ngõ 3 Nguyễn Tất Thành – Tp Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0904240069
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 09/4/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 09/4/2024 - 12/4/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	TCVN 6185: 2015
3	Độ đục	0,37	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	7,21	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
6	Clo tự do*	0,30	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president

Hà Tĩnh, ngày/date 19 tháng/month 4 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology



Hoàng Văn Sơn

Nguyễn Thị Hạnh

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
- Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
- *** Chỉ tiêu không được công nhận/*** Not accredited criteria.
- **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/**** Tests performed by subcontractors



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample:** Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer:** Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Thái Hữu Quang Số nhà 361 Đường Nguyễn Du - Tp Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount:** 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description:** Đạt
- Mã mẫu /Sample code:** 0904240070
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date:** 09/4/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date:** 09/4/2024 - 12/4/2024
- Kết quả/ Result:**

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	TCVN 6185: 2015
3	Độ đục	0,29	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	7,08	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
6	Clo tự do*	0,27	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P. GIÁM ĐỐC
Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 19 tháng/month 4 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. ** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors